

※ 一般医療機器 (クラス I) 販売届出済 番号: 13B2X1043600001
 ※ ISO13485/ASTM規格D6319/EN規格EN455/日本食品衛生法に適合

厚生労働省コロナ対策調達品



推薦ポイント

ニトリル特徴	耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製検査・検診用手袋。 エンボス加工、パウダーフリー、ラテックスフリー、左右兼用。 一般医療機器届出済、米国ASTM規格D6319 / F1671 / D6378、欧州EN455、食品衛生法 適合；米国FDA 510K取得済。
--------	--

製造元の強み	① 中国トップクラスの手袋生産企業。PVCの生産規模は世界最大、ニトリルの生産規模は中国最大級。グローブ生産業界の中国初上場企業（時価総額は約3000億円）。
	② ニトリル手袋の輸出が多くて、欧米諸国や日本の顧客から幅広い支持を獲得しています。
	③ 長年間で多くの日本顧客へニトリル手袋を供給し、厳格な日本基準で工場の衛生等を確保し、顧客から評価されリピート顧客を多く持っています。
	④ 米国FDAや欧州CE、中国製品認証評価センター（CQC）、ドイツ（TUV）等の認証や基準適合証明書を持つほか、日本食品衛生法、薬機法にも適合しています。
	⑤ 十分な生産キャパシティを持って、納期の安定性を確保しています。

基本情報

商品コード	商品名	カラー	サイズ	標準寸法(mm) *誤差あり				箱 入数	ケース寸法 *誤差あり			JANコード
				全長(mm)	手幅(mm)	厚み(mm)	重さ(g)		サイズ(mm)	重量(kg)	入数	
NG-LB40-XS	ニトリル検査・検診用 手袋 (NG-LB40)	ライトブルー* (ビュアブルー、 白、紫色も対応 可)	XS	230 ~ 240	75	指先部 0.08 掌部 0.06	3.0	315 × 250 × 245	100枚	4.0	10箱	4573567191161
NG-LB40-S			S		85		3.5			4.5		
NG-LB40-M			M		95		4.0			5.0		
NG-LB40-L			L		105		4.5			5.5		
NG-LB40-XL			XL		115		5.0			6.0		

用途	手術	病棟・外来	病理検査	採血	薬剤部	器具類洗浄	歯科	おむつ交換	介護	食品	掃除
----	----	-------	------	----	-----	-------	----	-------	----	----	----

規格・届出	<ul style="list-style-type: none"> 一般医療機器販売届出 (JMDNコード: 70976000) ASTM (米国試験材料協会) 規格 D6319 / F1671 / D6978 適合 EN (欧州標準化委員会) 規格EN455 適合 FDA (米国食品医薬品局) FDA 510K 取得済 食品衛生法 (厚生労働省告示・第370号) 適合
-------	--